



**ПИРОМЕТРЫ ЧАСТИЧНОГО
ИЗЛУЧЕНИЯ ПЕРЕНОСНЫЕ «СМОТРИЧ-4П» ,
«СМОТРИЧ-5П»**

П А С П О Р Т

5ЦО.282.293 ПС

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПИРОМЕТРЕ

- 1.1. Наименование и обозначение пирометра Смотрич 417-03
- 1.2. Дата выпуска 07.2015
- 1.3. Заводской номер 1534

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 2.1. Наименование, исполнение и модификация пирометра

„Смотрич 417-03“

- | | |
|---|----------------------------|
| 2.2. Диапазон измеряемых температур, °C, | от <u>30</u> до <u>200</u> |
| 2.3. Рабочий спектральный диапазон, мкм, | от <u>2</u> до <u>9</u> |
| 2.4. Показатель визирования, номинальное значение | <u>1:15</u> |
| 2.5. Время установления показаний, s, не более | <u>2,5</u> |
| 2.6. Предел допускаемой основной погрешности, % | <u>2,0</u> |
| 2.7. Рабочее расстояние, номинальное значение | <u>0,6</u> |
| 2.8. Условия эксплуатации: | |
| температура окружающей среды, °C, от | <u>5</u> до <u>40</u> |
| относительная влажность, % | <u>80</u> |
| 2.9. Масса, kg | <u>1,4</u> |
| 2.10. Время непрерывной работы пирометра
(до перезарядки источника), h, | <u>4</u> |
| 2.11. Потребляемая мощность, w | <u>0,4</u> |

3.КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

3.1. Комплект поставки пирометра указан в табл.1

Таблица 1

Обозначение документа	Наименование и условное обозначение	Кол-во	Примечание
405.321.004	Пирометр частичного излучения переносной «Смотрич- 4 П- 03 »	1 шт	По спецификации заказа (заказ-наряда),исполнение и модификация в соответствии с табл.1 и 2 405321.004 РЭ
4.161.127	в том числе : Футляр	1 шт.	
405321.004	Пирометры частичного излучения переносные «Смотрич-4П»,»Смотрич-5П». Руководство по эксплуатации.		
0.282.293 ПС	Пирометры частичного излучения «Смотрич-4П»,»Смотрич-5П» Паспорт.	1 экз	Для исполнения и модификации в соответствии с заказом (заказ-нарядом)

4. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Пирометр частичного излучения переносной «Смотрич - 417-03» заводской номер 1534 соответствует техническим условиям ТУ 25-7558.017-86 и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска 07.2015

Подпись лиц, ответственных за приемку

М.П.




5. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВКЕ

Пирометр частичного излучения переносной «Смотрич 417-03» заводской номер 1534 упакован 07.2015 - согласно требованиям, предусмотренным конструкторской документацией.

Дата упаковки 07.2015

Упаковку произвел _____ (подпись)

Пирометр после упаковки принял _____ (подпись)



6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

6.1. Изготовитель гарантирует соответствие пирометров требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных техническими условиями.

6.2. Срок гарантии устанавливается сроком 18 месяцев со дня ввода пирометра в эксплуатацию

6.3. Гарантийный срок хранения пирометра 12 месяцев со дня его изготовления.

Дата ввода в эксплуатацию _____

7. УЧЕТ НЕИСПРАВНОСТЕЙ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Дата и время оказа пи- рометра	Характер неисправ- ности	Причина- неисправ ности, количест- во часов работы пиро- метра	Принятые меры по устране нию неисправ ности, расход ЗИП	Должность фамилия и подпись лица,от ветственно- го за уст- ранение неисправ- ности	Приме- чание
---	--------------------------------	---	--	--	-----------------

8. СВЕДЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПОВЕРКИ

Дата	Вид поверки	Результат ^в поверки	Должность, фамилия и подпись поверяю- щего	Примечание
------	-------------	-----------------------------------	--	------------